



# 전기분해 요법 안전 요령

캘리포니아 주에서 전기분해 요법 시술사는 이미용 위원회로부터 면허를 취득하고 규제를 받는다. 이 위원회는 전기분해 요법 시술사가 주 법률과 감염 관리 기준을 확실히 준수하도록 하기 위한 활동을 한다.

다음은 이 위원회가 요청하는 전기분해 요법 안전 요령에 관한 안내이다:

## 장비 청결 유지

- 멸균기는 제조업체의 지침에 따라 적재, 작동, 유지 보수, 청소를 하여야 한다.
- 화학적 지시기 (색상 변화) 가 도구 포장에 사용되어야 하며 각 멸균된 도구 포장 외부에 화학적 지시기가 있어야 한다.
- 생물학적 모니터는 한 달에 한 번 이상 (모든 멸균기) 제조업체의 지침에 따라 사용되어야 한다.
- 실험실 안전 보고서는 영구 보관되는 멸균 보증 파일에 보관되어야 한다.

## 안전 수칙 준수

- 고객에게 시술 시 1회용 비멸균, 의료용 라텍스 또는 니트릴, 비닐 검사 장갑을 착용한다.
- 고객에게 서비스를 시작하기 전에 깨끗하고 사용하지 않은 시술 테이블 종이 또는 깨끗한 수건이나 시트를 서비스 테이블에 깔아야 한다.
- 표준 감염 관리 예방 조치에 대한 미국 질병 통제예방센터 지침을 따라야 한다. 그 지침은 [www.cdc.gov](http://www.cdc.gov) 을 참조하십시오.
- 1 회용 멸균된 바늘/와이어 필라멘트를 사용하는 경우엔 사용 후 즉시 구멍 방지 바늘 폐기통에 넣어야 한다.

뒷면에서 계속

### 올바르게 도구 멸균

- 전기분해 요법 도구는 식약청 (FDA) 에 등록된 증기 (오토클레이브) 멸균기 또는 건열 멸균기로 멸균 처리해야 하며 제조업체의 지침에 따라 사용되어야 한다.
- 보유한 멸균기가 등록되었는지 알아보려면 FDA에 확인하십시오. 웹 사이트 [www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfRL/rl.cfm](http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfRL/rl.cfm) 을 방문하십시오. 증기 멸균기 (오토클레이브) 의 경우 "제품 코드" 필드에 "FLE" 를 입력하고 건열 멸균기의 경우 "KMH" 를 입력하십시오. 현재 FDA에서 승인한 자외선 멸균기는 없습니다.

